



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

17.06.2024 № 857

г. Мінск

г. Минск

Об изменении приказа Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 8 ноября 2023 г. № 1612

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2023 г. № 1612 «О профилактике инфекционных заболеваний при нестерильных эндоскопических вмешательствах» следующие изменения:

в пункте 2:

подпункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2 обеспечить разработку (актуализацию) и утверждение алгоритмов (стандартных операционных процедур) обработки эндоскопического оборудования в организациях здравоохранения, осуществляющих эндоскопические медицинские вмешательства на пищеварительном тракте и трахеобронхиальном дереве;

2.3 обеспечить моечно-дезинфекционные помещения (зоны) системами водоподготовки и моеще-дезинфицирующие машины фильтрами, обеспечивающими удаление взвешенных частиц размером более 0,2 мкм, в срок до 1 января 2025 г.»;

подпункт 2.4 после слова «машин» дополнить словами «или стерилизационного оборудования»;

в Рекомендациях по профилактике инфекционных заболеваний при нестерильных эндоскопических вмешательствах, утвержденных этим приказом:

из абзаца десятого пункта 2 слова «или без них» исключить;

в пункте 21 слова «воздушной среды помещений» заменить словами «воздуха рабочей зоны»;

в пункте 23:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«установкой водоподготовки обратным осмосом или системой фильтров, в том числе антибактериальным (обеспечивающим удалением взвешенных частиц размером более 0,2 мкм), подведенной не менее чем к одной моечной ванне для ополаскивания от средства ДВУ*»;»;

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

«

*Для организаций здравоохранения, полностью перешедших на автоматизированную обработку эндоскопов с использованием МДМ, допускается обеспечение установкой водоподготовки одного моечно-дезинфекционного помещения (зоны).»;

из части первой пункта 24 слова «медицинские» и «перфорированными поддонами, плотно прилегающими» исключить;

пункт 30 после слова «иммуносупрессией» дополнить словами «, находящимся в асептических отделениях (палатах),»;

из части первой пункта 32 слова «, если иное не предусмотрено инструкцией производителя медицинских изделий» исключить;

часть вторую пункта 34 исключить;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Емкость для воды, предназначенная для очистки линз, крышка и соединительные трубки к ней в конце рабочей смены очищаются и подвергаются ДВУ либо стерилизации. Крышка и соединительные трубки очищаются с использованием при необходимости специально выделенных для этих целей ершей и щеток.»;

второе предложение части третьей пункта 39 изложить в следующей редакции: «Магистралы в конце рабочей смены подвергаются очистке с использованием специально выделенных для этих целей ершей с последующей ДВУ.»;

часть первую пункта 40 исключить;

пункт 42 дополнить частью следующего содержания:

«Трубки стационарных специализированных устройств, которые в течение рабочей смены использовались только для окончательной очистки, в конце рабочей смены подвергаются очистке с использованием специально выделенных для этих целей ершей с последующей ДВУ, если иное не предусмотрено инструкцией производителя устройства.»;

в пункте 47:

в абзаце девятом слова «питьевой водой» заменить словами «водой регламентированного качества»;

в абзаце десятом слова «сушка» и «каналы просушиваются» заменить соответственно словами «удаление избыточной влаги с» и «из каналов жидкость удаляется»;

в пункте 51:

в абзаце втором слово «фильтрах» заменить словом «фильтрах***»;
 дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:

«

*** До момента установки в МДМ фильтра, обеспечивающего удаление взвешенных частиц размером более 0,2 мкм, допускается ополаскивание эндоскопов после ДВУ водой, очищенной на фильтрах, входящих в комплектацию МДМ.»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«дополнительное просушивание каналов эндоскопа спиртом после завершения его обработки в МДМ проводится в случае необходимости хранения эндоскопов вне специализированных шкафов по окончании рабочей смены. Количество используемого в таком случае спирта определяется исходя из норм, установленных инструкцией производителя эндоскопа (в случае отсутствия в инструкции производителя эндоскопа указаний на количество используемого для промывания спирта норма расхода определяется требованиями законодательства в области здравоохранения), и количества спирта, используемого МДМ.»;

в пункте 52:

первое предложение после слова «гастроинтестинальных» дополнить словами «(колоноскопов, гастроскопов, дуоденоскопов и других)»;

дополнить пункт предложением следующего содержания: «Обработка в одной МДМ, в том числе в одном цикле, разных видов гастроинтестинальных эндоскопов не запрещена.»;

пункт 57 после слова «эндоскопов» дополнить словами «и принадлежностей»;

часть вторую пункта 60 дополнить предложением следующего содержания: «Хранение эндоскопов осуществляется в разобранном виде.»;

в пункте 62:

часть первую изложить в следующей редакции:

«62. Не допускается совместное (на одной полке) хранение стерильных и нестерильных медицинских изделий, а также совместное хранение (в одном шкафу) эндоскопов и принадлежностей, не прошедших ДВУ, в том числе с истекшим сроком хранения, с эндоскопами, срок хранения которых после ДВУ не истек.»;

в части второй слово «(кабинета)» заменить словом «(кабинета),»;

в пункте 67:

в части первой:

после слова «этапов» дополнить часть словами «, изложенных в пункте 47 настоящих Рекомендаций,»;

слова «для этой цели проба» заменить словами «проба для определения эффективности очистки от белковых соединений и (или) крови»;

в части второй слова «каждый десятый эндоскоп, но не менее одного за рабочую смену» заменить словами «первый обработанный за рабочую смену эндоскоп и далее каждый десятый»;

в пункте 68:

в части первой:

слово «подлежат» заменить словом «подлежит»;

слова «и наружная поверхность» исключить;

часть третью исключить;

пункт 69 дополнить частью следующего содержания:

«В случае отрицательной азопирамовой пробы эндоскопа и принадлежностей перед проведением ДВУ повторяют следующие этапы окончательной очистки – ополаскивание водой регламентированного качества и удаление избыточной влаги.»;

пункт 70 после части первой дополнить частью следующего содержания:

«Химические индикаторы (тест-полоски), используемые для контроля концентрации действующего вещества в дезинфицирующем растворе, должны соответствовать дезинфицирующему средству, в отношении которого они применяются.»;

в пункте 71:

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Для отбора проб воды, используемой для итогового ополаскивания эндоскопов после ДВУ в МДМ, при наличии технической возможности следует предусмотреть специальный кран, установленный непосредственно после системы водоподготовки (системы фильтров) до поступления воды в МДМ*»;

в абзаце четвертом слово «воды,» заменить словами «воды ежегодно, а также».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра по курации

Министр

А.В.Ходжаев